

薬局又は店舗販売業者で新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス抗原定性検査キットを購入する方へ

1 はじめに

本キットは、発熱等の感冒症状がある場合等のセルフチェックとして使用してください。また、使用前にあらかじめ「3 検査後の対応」をご確認ください。

陰性の場合でも、抗原定性検査の性質上、感染の可能性が否定されたわけではなく、偽陰性（^{ぎいんせい}過って陰性と判定されること）の可能性もあります。症状がある場合にはマスク着用等の対策を行い、適切に医療機関の受診を検討してください。

※症状がない時に使用した場合、結果が正しく出ない可能性があります。

2 使用にあたって

各製品のメーカーが作成する添付文書又は説明資料を確認しながら使用してください。

3 検査後の対応

- 指定された静置時間を過ぎた場合、検査キット上に表示される結果が変わることがありますので、必ず指定された時間で判定してください。
- 特にインフルエンザは、発病初期はウイルス量が少なくウイルス抗原を検出できない場合があることが知られています。

発症からの経過時間によって判定結果が変わりうるため、症状が出てから本キットを使用するまでの時間を記録し、医療機関を受診する際は、本キットの結果とあわせて医師に伝えてください（医療機関等に提示する場合も考慮して、「症状が出た日時」と「本キットを使用した日時」をメモした紙と一緒に判定部分の写真を撮影しておくことをおすすめします）。

(1) インフルエンザウイルス抗原が陽性（+）の場合

※新型コロナウイルス抗原との同時陽性（+）を含む

判定結果	対 応
陽性 (+)	受診を希望する場合は、 <u>事前に連絡してからかかりつけ医・発熱外来等を受診してください。</u>

(2) インフルエンザウイルス抗原が陰性（-）であって、新型コロナウイルス抗原が陽性（+）の場合

判定結果	対 応
陽性 (+)	<p>症状が比較的軽く、自宅にある常備薬などで療養できる方は、自宅等で療養を開始してください。</p> <p><u>重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など）や、症状が重い場合などは、適切に医療機関を受診（事前に連絡してからかかりつけ医・発熱外来等を受診）してください。</u></p> <p>なお、療養期間の目安、相談窓口の電話番号等は、福岡県ホームページでご確認ください。</p> <p>新型コロナウイルス感染症ポータルページ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html</p>



(3) インフルエンザウイルス抗原と新型コロナウイルス抗原が両方とも陰性（一）の場合

判定結果	対応
陰性（一）	<p>陰性の判定が出て、偽陰性（^{ぎいんせい}過って陰性と判定されること）である場合があります（陰性証明として使用することはできません）。また、他の感染症に罹患しているおそれもあります。</p> <p>症状がある場合にはマスク着用等の対策を行い、適切に医療機関の受診を検討してください。</p> <p>特に、高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦、小児、症状が重い方は、本検査キットの検査結果によらず、医療機関の受診を検討してください。</p>

4 キットの保管等

区分	取扱い方法
保管方法	常温（冷蔵保存の場合は、使用前に室温に戻してから使用）
廃棄方法	<p>ご家庭等で使用したキット（綿棒、チューブ等を含む）を廃棄するときは、ゴミ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ゴミが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にゴミ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。</p> <p>参考：新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方（リーフレット）</p> <p>https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf</p>